

1-1 ハード構成に関しては以下の要件を満たすこと。

- 1-1-1 本体部、ディスプレイ部、受信部、レコーダが一体型のコンパクトモニタであること。
- 1-1-2 レコーダ内蔵タイプであること
- 1-1-3 LCDはダイレクトボンディングであること

1-2 全画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。

- 1-2-1 ベットの表示位置をドラッグ&ドロップ機能で移動可能なこと

1-3 個人画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。

- 1-3-1 3トレース以上の表示が可能であること。

1-4 操作性に関しては以下の要件を満たすこと。

- 1-4-1 タッチパネルによる操作が可能であること。

1-5 測定項目に関しては以下の要件を満たすこと。

- 1-5-1 ベッドサイドモニタ及び送信機により測定された以下の測定項目の波形表示が可能であること。
心電図/呼吸曲線/脈波/呼気終末期二酸化炭素分圧波形

1-6 アラームに関しては以下の要件を満たすこと。

- 1-6-1 アラームの表示は、重要度に応じてその通知レベルに段階を設けてあること。
- 1-6-2 LEDは360度のどの角度からも確認できること。
- 1-6-3 アラーム設定は全患者一覧で設定が見えること、また設定もその画面から操作が行えること

1-7 データ保存に関して以下の要件を満たすこと。

- 1-7-1 A-FIB解析機能を有すること
- 1-7-2 退床した患者のデータを参照する機能があること
- 1-7-3 退床患者のレビューデータが参照可能なこと

1-8 その他の機能、性能に関しては以下の要件を満たすこと。

- 1-8-1 一時退室タイマー機能を有すること