

全身用X線C T装置一式 仕様書

1. 総則

本仕様書は、全身用X線C T装置一式調達業務について基本的な事項を示すものである。

2. 業務名

全身用X線C T装置一式調達業務

3. 納入期限

令和9年2月28日

4. 設置場所

千葉県東金市丘山台3-6-2

東千葉メディカルセンター 1階 CT室

5. 納入条件

- 1) 納入に当たり、調達物品等の搬入、撤去、結線、設定及び調整等に関しては、東千葉メディカルセンター（以下「当院」という。）担当者の指示に従うとともに、必要に応じて協議し、十分調整を行った上で実施すること。
- 2) 機器の設置に伴う設置費（装置の搬入、据え付け、配線、調整、これらに係るすべての付帯工事費用）、配送費を本体価格に含むこと。また、付帯設備の変更が必要な場合は、事前承認をとること。なお、給電・給水・照明等設備の変更が必要な場合は、承認後着工するものとし、設置工事・内装工事及び設備の変更（契約電力の変更は除く）に係る費用はこの契約の相手方（以下「契約業者」という。）の負担とする。
- 3) 当院において稼働している病院情報システム等との接続費用（病院情報システム側の接続・改修費用も含む）が発生する場合、その接続に伴う費用一切を本体価格に含むこと。
- 4) 納品までの間に、同一の製造業者により上位互換の機種が開発され、選定機種と同等以上の性能を有し、設置条件等に変更が生じない場合、速やかにその情報を当院へ提供し、最新の仕様で設置すること。
- 5) 既設装置等の撤去及び搬出作業及び費用は、契約業者の負担で行うこと。装置の搬入経路については、入札前に耐荷重、入口寸法の確認を行い、必要な養生を行うこと。
- 6) 撤去および据付けで発生した廃材等の運搬廃棄については、契約業者が行い、係る費用をすべて負担すること。
- 7) 既存装置については、関係法令に反することなく適正に廃棄処分もしくはリユース、リサイクルし、マニフェスト引取証明書等を提出すること。

6. 調達物品に備えるべき技術的要件の概要

- 1) 本調達物品に係る性能、機能および技術(以下「性能等」という)の要求要件（以下「技術的要件」

という)は、別紙1「調達物品の備えるべき性能、機能に関する技術的要件」に示す通りである。

- 2) 技術的要件は、すべて必須の要求要件である。
- 3) 必須の要求要件は、当院の必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないと判定された場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

7. サポート・障害支援体制

- 1) 機器の無償保証期間は、納入検査完了日から1年間とする。
- 2) 無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・定期交換部品費等、全ての費用を無償とすること。
- 3) 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制であること。
- 4) サポート体制は、24時間365日対応可能であること。
- 5) 機器取扱に関しては、当院職員が技術を習得するまで十分教育訓練を行い、当院が指定する日時、場所で行うこと。
- 6) 機器の試運転及び取扱い説明に関する導入時教育訓練のための消耗品等は受注者の負担において用意すること。
- 7) 機器の取扱説明書(操作マニュアル)は、日本語版を1部以上用意すること。
- 8) 納入後一定期間は、機器稼動時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼動性能を確認するとともに当院職員の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、当院と協議すること。

8. その他

- 1) 本仕様等に対して疑義が生じた場合は、双方、誠意を持って協議対応すること。